



REPÚBLICA PORTUGUESA

GABINETE DA MINISTRA DA SAÚDE

Exma. Senhora
Dra. Catarina Gamboa
Chefe do Gabinete do Secretário de Estado
dos Assuntos Parlamentares
Palácio de São Bento (A.R.)
1249-068 Lisboa

SUA REFERÊNCIA	SUA COMUNICAÇÃO DE	NOSSA REFERÊNCIA N.º:	DATA
Ofício n.º 33	24.01.2022	ENT.: 878/2022 PROC. 9/22 040.05.03/22	24.01.2022

Assunto: Pergunta n.º 389/XIV/3ª de 21 de janeiro de 2022 do Partido Social Democrata - Mau funcionamento do aparelho de RX do Centro de Saúde de Mogadouro

Relativamente ao assunto referenciado em epígrafe e consultada a Unidade Local de Saúde do Nordeste, E.P.E., encarrega-me a Senhora Ministra da Saúde de informar o seguinte:

Foi detetado um funcionamento deficiente no RX existente, sem no entanto inviabilizar a laboração do mesmo.

Dada a idade do mesmo, e não haver resolução imediata, o Conselho de Administração decidiu adquirir um novo equipamento. Após concurso foi emitida a nota de encomenda. Considerando a potência do novo equipamento os serviços técnicos concluíram pela necessidade de aquisição de um novo posto de transformação sem o qual haveria dificuldade de funcionamento do novo RX. Obra adjudicada em novembro de 2021.

Iniciaram já as obras de instalação e, segundo o cronograma apresentado pela empresa, o equipamento entrará em funcionamento na segunda quinzena do mês de fevereiro de 2022.

Com os melhores cumprimentos.

A Chefe do Gabinete

(Eva Falcão)