



**REPÚBLICA
PORTUGUESA**

GABINETE DA MINISTRA DA SAÚDE

Exma. Senhora
Dra. Catarina Gamboa
Chefe do Gabinete do Secretário de Estado
dos Assuntos Parlamentares
Palácio de São Bento (A.R.)
1249-068 Lisboa

SUA REFERÊNCIA	SUA COMUNICAÇÃO DE	NOSSA REFERÊNCIA	DATA
Ofício n.º 306	21.01.2021	N.º: ENT.: 1527/2021 PROC. 10/21 040.05.03/21	03.02.2021

Assunto: Pergunta n.º 1047/XIV/2ª de 26 de janeiro de 2021 do CDS-PP - Ventiladores doados ao Centro Hospitalar Universitário do Algarve

Relativamente ao assunto referenciado em epígrafe, consultado o Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA), encarrega-me a Senhora Ministra da Saúde de informar o seguinte:

Os trinta ventiladores que foram adquiridos pela “Associação para o Desenvolvimento do Centro Académico de Investigação e Formação Biomédica do Algarve” foram avaliados pelo SUCH e tinham avarias técnicas que impediam a sua utilização.

Com os melhores cumprimentos.

A Chefe do Gabinete

Eva Falcão

(Eva Falcão)